

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /RHMTW-TBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

V/v mời báo giá khí Oxy y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu khí Oxy y tế với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:

- Họ tên: Bùi Công Toàn

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 028 38 535 178 (3304)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhận qua email: tbyt.nhos@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi trên bảng báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Nội dung báo giá

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Khí Oxy y tế (6m <sup>3</sup> /chai)	<p>* Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công thức hóa học: O<sub>2</sub></li><li>- Trạng thái vật lý: chất khí</li><li>--&gt; Điểm sôi (°C): -183 --&gt;</li><li>Điểm nóng chảy (°C): -218</li><li>- Màu sắc: không màu (trong suốt) --&gt; Dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon (dầu, mỡ...).</li><li>- Mùi đặc trưng: không mùi, không vị</li></ul>	Chai	2.500





2	Khí Oxy y tế (1m <sup>3</sup> /chai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàm lượng (% theo trọng lượng): <math>\geq 99,6\%</math></li> <li>- Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ 21<sup>0</sup>C, áp suất tiêu chuẩn 1,013 bar: 1,105</li> <li>- Độ hòa tan trong nước <math>\leq 36,4</math> lít/m<sup>3</sup> nước</li> <li>- Áp suất <math>\geq 150</math> kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>- Khối lượng riêng (kg/m<sup>3</sup>) <math>\geq 1,4289</math></li> <li><b>* Các tiêu chuẩn:</b></li> <li>- Đóng gói trong bình thép không hàn, sử dụng trong y tế</li> <li>- Có Giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành sản phẩm Oxy y tế</li> <li>- Có Giấy chứng nhận ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001</li> </ul>	Chai	100
---	---	---	------	-----

2. Địa điểm cung cấp khí Oxy y tế tại 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TBYT, (H).



**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hồ Hữu Tiến**

